

S&Go Series

GUÍA RÁPIDA



www.sibelmed.com

Manual de uso incluido en formato PDF.
Solicite copia impresa si es necesario.

Pendrive

INDICE


(Guía rápida para pruebas ambulatorias)


1- Registro del S&GO en el BitmedLab
2- Configuración del S&GO
3- Nueva prueba programada
4- Transferencia de la prueba
5- Análisis automático
6- Análisis manual y revisión de la prueba (opciones, eventos, teclas personaizables)
7- Informe de la prueba
8- Gestión de la base de datos





1- Registro del S&Go en el BitmedLab







Detección mediante módulo inalámbrico:

Activar el módulo inalámbrico en el PC y el polígrafo


(Código de emparejamiento módulo inalámbrico: últimos 3 números del número de serie del polígrafo:
p.e. para el N/S 346-045 introducir el código 045)







Puerto COM asignado durante el emparejamiento del S&Go con el PC.

Detección mediante tarjeta MicroSD:







2- Configuración del S&GO



El S&Go permite establecer diferentes configuraciones (canales a registrar, frecuencias de muestreo,…)




Seleccione cómo se establecerá la configuración: mediante el módulo inalámbrico o tarjeta MicroSD




Las configuraciones existentes en la tarjeta MicroSD (hasta 5) se pueden gestionar fácilmente cuando se inserta la tarjeta en el lector del PC

Selección de los canales: active o desactive los canales en la configuración


Añada la configuración a la tarjeta MicroSD o establezca la configuración mediante módulo inalámbrico






Edición de las configuraciones: creación, modificación, eliminación


Resumen de la configuración




3- Nueva prueba programada




Selección del paciente






Introduzca la información de la prueba




Seleccione la configuración de los canales a registrar en la prueba




Seleccione cómo se realizará la programación


Resumen de la programación de la prueba




Si programa la prueba a través de la tarjeta MicroSD, por favor introduzca la tarjeta en el polígrafo y enciéndalo. El dispositivo detectará la nueva prueba programada.

4- Transferencia de la prueba







Inserte la tarjeta MicroSD en el lector de tarjetas del PC



Seleccione la(s) prueba(s) a transferir al PC



Seleccione el paciente de la base de datos o cree uno nuevo





Nuevo montaje

Seleccione los canales a visualizar en las ventanas superior e inferior

Lista de canales (visualización)


Selección del montaje de visualización (este montaje puede ser diferente de la configuración del polígrafo)






5- Análisis automático


Abrir la prueba tras
la descarga




Selección de los eventos detectados por el análisis


Si es necesario, modifique los criterios del análisis automático







Asistente para el análisis automático de eventos :: Paso 2/3
ExG
Nasal Cannula
Ther
Tho
Abd
Aux
Progreso del análisis
Analizando la prueba y detectando eventos:
Ronquidos
PLM
Desaturaciones
Apneas / hipopneas
Taquicardias / bradicardias
Detectando apneas/hipopneas
< Atrás
Finalizar
Cancelar

Resumen del análisis (eventos)




Configure los tipos de eventos a su gusto (acceda a Herramientas / Opciones / Tipos de eventos; doble clic en el evento a modificar)




6- Análisis manual y revisión de la prueba

Realice una selección directamente sobre la señal y escoja el evento a marcar en el menú contextual



Iconos de marcado manual de eventos: cuando se selecciona un tipo de evento (icono activado) todas las marcas manuales que se inserten serán del tipo de evento activo



OTROS ICONOS Y FUNCTIONES DEL TECLADO



Barra de tiempo(teclas: ⇦ y ⇨)



"Reproducción" reproduce la prueba, mostrando las señales como si se estuvieran registrando en tiempo real



Avanzar media época (tecla media época: Tab, tecla siguiente época: Av Pág, época anterior: Re Pág)

Modificar amplitud de las señales: coloque el cursor sobre la señal y usae las teclas ⇩ y ⇧



"Opciones de visualización": permite personalizar el montaje



« Zoom In / Out » (teclas: + / -)



"Ventana resumen" muestra la lista de notas y eventos



Establecer "Inicio / Fin" de un periodo de artefactos. "Marcar análisis como finalizado".




"Guardar"




"Imprimir"

Teclas personalizables



7- Informe de la prueba



Sibelmed

Sleep&Go

DATOS DEL PACIENTE

Nombre: Susana Almat
Dirección:
Población:
Provincia:
Teléfono:

Nº paciente: P98746320
Sexo: Hombre
Altura: 1.60 m
Peso: 76 kg
IMC: 29.7
Edad: 37

DATOS DE LA PRUEBA

Nº prueba: T001234
Equipo: Sleep&Go
Nombre archivo:
{99D8AD92-5478-47CC-B777-DA3B008AD937}.XGP
Indice apnea-hipopnea (IAH)[N1]: 82.2
Tiempo de análisis (TA)[N2]: 553 min

Realizado
Médico de
Fecha: 4/5
Inicio: 23:
Fin: 08:32
Tiempo to

22h30m00s 0h00m00s 1h30m00s

Pulso

Saturación de oxígeno

Posición corporal
Sentado
Sup.
Derecha
Prono
Izquierda

Apnea 30 0
Apnea obstr. Apnea central
Hipop. 30 0
120
Desat 0

Posición corporal	Tiempo	% sobre TA[N2]
Izquierda	410 min	74.2 %
Supino	70 min	12.7 %
Prono	0 min	0.0 %
Derecha	73 min	13.1 %
Incorporado	18 min	

Supino
Prono
Izquierda
Derecha

Niveles de saturación	Minutos
Por debajo del 80%	12.3
Por debajo del 85%	67.3
Por debajo del 90%	214.1
Por debajo del 95%	466.8

Promedio	Máximo
90	98

Hist. acu

% tiempo

Prono	Supino	Izquierda
-	-	-
0	161	1249
-	-	-
-	-	-

APNEAS/HIPOPNEAS

- **Indice apnea-hipopnea (IAH)[N1]:** 82.2

0 15 30 50
Alto

Apneas/hipopneas[N1]

Evento	Total	Indice[N1]	Duración media (s)	Duración máxima (s)
Apnea obs.	497	53.9	26.8	64.9
Apnea central	12	1.3	15.5	21.2
Apnea mixta	11	1.2	32.0	45.8
Hipopnea obs.	238	25.8	22.5	77.7
Hipopnea central	0	0.0	0.0	0.0
Hipopnea mixta	0	0.0	0.0	0.0

Apnea obstructiva
Apnea central
Apnea mixta
Hipopnea
RERA

- **Duración total apneas:** 230.7 min
- **Duración total hipopneas:** 89.3 min
- **Duración media apneas:** 26.6 s
- **Duración media hipopneas:** 22.5 s
- **Duración máxima apneas:** 64.9 s
- **Duración máxima hipopneas:** 77.7 s
- **Indice de apneas[N1]:** 56.4
- **Indice hipopneas[N1]:** 25.8

Apneas/hipopneas por posición corporal

	Apnea obs.	Apnea central	Apnea mixta	Hipop. obs.	Hipop. central	Hipop. mixta
Izquierda	426	3	9	153	0	0
Supino	55	7	2	20	0	0
Prono	0	0	0	0	0	0
Derecha	16	2	0	63	0	0

- **Indice apnea-hipopnea (supino)[N1]:** 72.0
- **Indice apnea-hipopnea (no supino)[N1]:** 80.8

Indice apneas/hipopneas por posición corporal[N1]

	Apneas	Hipopneas	Apnea+hipopnea
Izquierda	64.0	22.7	86.7
Supino	54.6	17.1	72.0
Prono	0.0	0.0	0.0
Derecha	14.9	52.0	66.9

MOVIMIENTOS DE EXTREMIDADES

RITMO CARDÍACO

Hist. de pulso


Hist. acumulada de pulso


COMENTARIOS Y OBSERVACIONES


NOTAS

www.sibelmed.com

8- Gestión de la base de datos








Crear un nuevo paciente

Eliminar un paciente

Modificar los datos del paciente



Clic derecho: importar prueba

Clic derecho: revisar prueba, crear informe, exportar prueba, eliminar prueba

Clic derecho: importar otros documentos relativos al paciente

Producto clase IIa según el Reglamento (UE) 2017/745

SIBEL S.A.U.
Raimon Casellas, 6-8. 08205-Sabadell (Barcelona). Spain.
Ventas nacionales: +34 93 436 00 08 e-mail: comercial@sibelmed.com
Ventas internacionales/International Sales: +34 93 436 00 07 · e-mail: export@sibelmed.com
Servicio técnico/Technical serv.: +34 93 433 54 50 · e-mail: sat@sibelmed.com
www.sibelmed.com

534-740-GR1 Rev. 2.02 · 2025-05