
Laryngoskope / *Laryngoscopes* | Laryngoscopes / *Laringoscopios* / Laringoscopi



MC INTOSH

	Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5
	a = 55 mm	a = 70 mm	a = 90 mm	a = 110 mm	a = 130 mm	a = 150 mm
	tk 5100-00	**tk 5100-01**	**tk 5100-02**	**tk 5100-03**	**tk 5100-04**	**tk 5100-05**
LED	**tk 5200-00**	**tk 5200-01**	**tk 5200-02**	**tk 5200-03**	**tk 5200-04**	**tk 5200-05**

rostfrei
stainless steel
inoxydable
inoxidable
inossidabile



	Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4	Fig. 5
	tk 5145-02	**tk 5145-02**	**tk 5145-01**	**tk 5145-01**	**tk 5145-01**	**tk 5145-01**
LED	**tk 5146-01**	**tk 5146-02**	**tk 5146-02**	**tk 5146-02**	**tk 5146-02**	**tk 5146-02**

Ersatzlampe
Spare lamp
Lampe de rechange
Bombilla de sustitución
Lampadina di ricambio



		Fig. 0	Fig. 1	Fig. 2	Fig. 3	Fig. 4
		a = 55 mm	a = 70 mm	a = 90 mm	a = 110 mm	a = 130 mm
	tk 5110-03			x	x	x
	tk 5110-04		x	x	x	x
	tk 5110-05	x	x	x	x	x
LED	**tk 5111-03**			x	x	x
LED	**tk 5111-04**		x	x	x	x
LED	**tk 5111-05**	x	x	x	x	x

Satz im Etui mit Griff rostfrei (Griff: tk 5143-07, Seite 25)
Set in case with handle stainless steel (handle: tk 5143-07, page 25)
Trousse à laryngoscopie en boîte avec manche inoxydable (manche: tk 5143-07, page 25)
Juego de laringoscopia, en caja, con mango inoxidable (mango: tk 5143-07, pagina 25)
Astuccio da laringoscopia, in cassetta, manico inossidabile (manico: tk 5143-07, pagina 25)

	tk 5110-11	**tk 5110-12**	**tk 5110-13**
Etui für Mc Intosh, leer ***Case for Mc Intosh, empty*** Etui pour Mc Intosh, vide *Estuche para Mc Intosh, vacio* Astuccio per Mc Intosh, vuoto	**für 3 Spatel** ***for 3 blades*** pour 3 spatules *para 3 espatulas* per 3 spatole	**für 4 Spatel** ***for 4 blades*** pour 4 spatules *para 4 espatulas* per 4 spatole	**für 5 Spatel** ***for 5 blades*** pour 5 spatules *para 5 espatulas* per 5 spatole

Sterilisier-Information: Alle Spatel können bis 134 °C im Autoklaven sterilisiert werden (ohne Lampe).
Sterilizing information: All blades are autoclavable up to 134 °C (without lamp).
Information pour la stérilisation: Toutes les spatules peuvent être stérilisées jusqu'à 134 °C dans l'autoclave (sans Lampe).
Información para la esterilisación: Todas las espatulas pueden ser esterilisadas en el autoclave a 134 °C (sin Bombilla).
Informazione per la sterilizzazione: Tutte le spatole possono essere sterilizzate nell'autoclave fino a 134 °C (senza lampadina).