Laryngoskop-Griffe
Laryngoscope handles
Manches pour laryngoscopes
Mangos de laringoscopios
Manici per laringoscopi



1:1

tk 5140-07

verchromt
chrome plated
chromé
cromado
cromato

tk 5142-07

rostfrei
stainless steel
inoxydable
inoxidable
inossidabile



1:1

tk 5141-07

verchromt
chrome plated
chromé
cromado
cromato

tk 5143-07

rostfrei
stainless steel
inoxydable
inoxidable
inossidabile

Alle Griffe sind nur in Gas sterilisierbar oder in einer Lösung zu desinfizieren. Keine Sterilisation in Autoklaven und Heissluft. In jedem Fall vorher den Akkumulator oder den Batteriecontainer entnehmen. Passen für Spatel abgebildet auf S. 23/24.
All handles are only sterilizable in a gassterilizer or can be cleaned in a desinfection solution. Not autoclavable and no sterilisation in hot-air. Akkumulator or battery housing must be taken off before. To use with spatulas illustrated on pages 23/24

Toutes les poignées sont stérilisées uniquement en gaz ou désinfectés en solution. Ne pas autoclaver ou stériliser a l'air chaud. En tout cas enlevé avant l'accumulateur ou le conteneur de batterie. Spatule recommandée indiqué à la page 23/24.
Todos los mangos son esterilizados solo en gas o desinfectados en solución. No esterilizar en autoclave o aire caliente. En cualquier caso retirar antes el acumulador o el recipiente de la batería. Recomendados para espátula se muestran en la página 23/24..
Tutti i manici possono essere sterilizzati solamente con gas oppure disinfettati in una soluzione. Non sterilizzabili in autoclave ed aria calda. In ogni caso anteprima si deve prelevare l'accumulatore oppure il contenitore delle batterie. Adattabili con le spatole che sono illustrate sulle pagine 23/24.

.