Laryngoskop-Griffe – Kaltlicht
Laryngoscope handles – Cold light
Manche pour laryngoscopes – lumière froide
Mangos de laringoscopios – luz fría
Manici per laringoscopi – luce fredda



1:2

tk 5175-09

Griff mit Batteriencontainer und Halogen-Lampe
Handle with battery container and halogen lamp
Manche avec conteneur à pile et lampe halogène
Mango con contenedor para pilas, luz halogeno
Manico con contenitore per pila, lampada alogena



1:2

tk 5176-09

Griff mit Batteriecontainer und Xenon-Lampe
Handle with battery container and xenon lamp
Manche avec conteneur à pile et lampe xenon
Mango con contenedor para pilas, luz xenon
Manico con contenitore per pila, luce xenon



1:2

tk 5176-10

Griff mit Batteriencontainer und LED-Lampe
Handle with battery container and LED lamp
Manche avec conteneur à pile et lampe LED
Mango con contenedor para pilas, luz LED
Manico con contenitore per pila, lampada LED

Alle Griffe sind nur in Gas sterilisierbar oder in einer Lösung zu desinfizieren. Keine Sterilisation in Autoklaven und Heissluft. In jedem Fall vorher den Akkumulator oder den Batteriecontainer entnehmen. Passen für Spatel abgebildet auf S. 26/28.
All handles are only sterilizable in a gassterilizer or can be cleaned in a desinfection solution. Not autoclavable and no sterilisation in hot-air. Akkumulator or battery housing must be taken off before. To use with spatulas illustrated on pages 26/28

Toutes les poignées sont stérilisées uniquement en gaz ou désinfectés en solution. Ne pas autoclaver ou stériliser a l'air chaud. En tout cas enlevé avant l'accumulateur ou le conteneur de batterie. Spatule recommandée indiqué à la page 26/28.
Todos los mangos son esterilizados solo en gas o desinfectados en solución. No esterilizar en autoclave o aire caliente. En cualquier caso retirar antes el acumulador o el recipiente de la batería. Recomendados para espátula se muestran en la página 26/28.
Tutti i manici possono essere sterilizzati solamente con gas oppure disinfettati in una soluzione. Non sterilizzabili in autoclave ed aria calda. In ogni caso anteprima si deve prelevare l'accumulatore oppure il contenitore delle batterie. Adattabili con le spatole che sono illustrate sulle pagine 26/28.